

Таблица 4 – Результаты анализа

	Показатели ОП	Уровень специфических IgE - антител (классы)
Растворы референс-сыворотки		
А	1,99±0,35	4
В	1,09±0,22	3
С	0,56±0,21	2
Д	0,29±0,14	1
Отрицательный контроль	0,08±,00	0
Положительный контроль (аллерген)	1,1±0,15	3
Положительный контроль (аллергоид)	0,89±0,17	2

Аллерген из пыльцы полыни горькой и аллергоид пыльцевой полыни горькой считаются подлинными (выявлены специфические аллергенные компоненты, присутствующие в тестируемых препаратах).