

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Точный объем препарата, содержащий около 90 мг натрия хлорида, помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл воды и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата с индикатором – 5 % раствором калия хромата – до перехода окраски в оранжево-красную.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг натрия хлорида NaCl.

Хранение. В защищённом от света месте.

*Контроль по показателю «Выход содержимого упаковки» проводят для недозированных спреев.

**Контроль по показателям «Однородность массы дозы» и «Количество доз в упаковке» проводят для дозированных спреев.