

100 мл и доводят объём раствора смесью ацетонитрил – метанол – раствор натрия эдетата 17,5:17,5:65 до метки.

Стандартный раствор В. Около 50 мг (точная навеска) стандартного образца индапамида помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 17,5 мл смеси ацетонитрил – метанол 1:1 и доводят объём раствором натрия эдетата до метки.

Стандартный раствор Г. Около 25 мг (точная навеска) стандартного образца индапамида и около 45 мг (точная навеска) стандартного образца метилнитрозоиндолина помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 17,5 мл смеси ацетонитрил—метанол 1:1 и доводят объём раствором натрия эдетата до метки.

Хроматографические условия

Колонка	20 см × 0,46 см, силикагель октадецилсилильный для хроматографии (С18), 5 мкм;
Скорость потока	2,0 мл/мин;
Температура колонки	40 °С;
Детектор	спектрофотометрический, 254 нм;
Объём пробы	10 мкл;
Время хроматографирования	двукратное от времени удерживания основного пика.

Колонку уравнивают ПФ до достижения стабильной базовой линии.

Вводят в хроматограф по 10 мкл испытуемого раствора и каждого из стандартных растворов. Время регистрации хроматограммы испытуемого раствора должно не менее чем в 2,5 раза превышать время удерживания основного пика. Чувствительность настраивают таким образом, чтобы высота основного пика на хроматограмме стандартного раствора В была не менее 15 % полной шкалы прибора.